

Rental device PD-410 Verification Unit

Product Number EP1601017



Product Description

Rental unit(rental price per week)

The Verification Unit is used for regular validation of the PD-400 personal tester (item no. EP0206024).
The tolerances and limit values of the PD-400 can be checked quickly and easily.

Technical Data

Zwischen dem Prüfstecker und dem Sicherheitsstecker bzw. des Geräteanschlusses befinden sich die folgenden Widerstände:

	Fail Low	Pass Low	Pass High	Fail Low
Handgelenkband 35 M Ω	680 k Ω	816.0 k Ω	91.8 M Ω	38.2 M Ω
Schuhwerk links 100 M Ω	91 k Ω	109.0 k Ω	91.0 M Ω	109.0 M Ω
Schuhwerk rechts 100 M Ω	91 k Ω	109.0 k Ω	91.0 M Ω	109.0 M Ω

Geprüft wird jeder einzelne Modus der 4 Modis, indem der Drehschalter jeweils auf den gewünschten Modus (Fail Low bis Fail High) gedreht wird. Danach wird mit dem Kontaktstift die entsprechende Messung durchgeführt.

More Images

