

CU 800 Kalibriergerät für

Artikelnummer: 206083



Produktbeschreibung

Vollautomatische Erfassung der EPA-RESIST-Systeme

Die Calibration Unit CU 800 wurde zur regelmäßigen Kalibrierung der EPA-RESIST-Systeme entwickelt. Die CU 800 wurde auf die manuelle Umschaltung der einzelnen Widerstände von 33V auf 50V und 100V umgestellt. Die Messwerte sind auf dem Display dargestellt. Nach dem Programmstart misst die CU 800 mit den drei möglichen Messspannungen 33V, 50V und 100V.

Eventuelle Abweichungen werden festgestellt und dokumentiert. Die Messung dauert nur wenige Sekunden. Auf einem USB Stick werden die Testergebnisse in eine Excel-Datei individuell formatiert, gespeichert und gedruckt. Die Ergebnisse können zur besseren Übersicht individuell gestaltet werden.

Vorteile:

- Kalibrierung kann selbst vor Ort durchgeführt werden
- EPA-RESIST muss nicht demontiert werden
- Kein Einschicken des EPA-RESIST Gerätes notwendig
- Es muss kein Ersatzgerät vorgehalten werden
- Dauerhaft verlässliche Messergebnisse

Lieferumfang

- Kalibriergerät CU 800
- Datenkabel
- Serielles Anschlusskabel
- USB-Stick

Produktvideo

Auch PARRENT - Mietgerätschaftlich.

Produktvideo

Weitere Bilder



Datum 15.02.2022 Zeit 07:39 Temperatur 20.1 [C] Luftfeuchtigkeit 40 %

Mess[UV]	Soll[M]	AD1	AD2	Mw[M]	Ergebnis
33	0,10	1245	4095	0,10	ok
33	0,75	782	4095	0,75	ok
33	36,00	147	2984	35,92	ok
33	100,00	51	1081	100,91	ok
33	500,00	9	220	499,72	ok
33,1	1000,00	4	100	---	---
Mess[UV]	Soll[M]	AD1	AD2	Mw[M]	Ergebnis
49,5	0,10	1867	4095	0,10	ok
49,6	0,75	1172	4095	0,76	ok
49,6	36,00	221	4095	36,02	ok
49,6	100,00	79	1639	99,85	ok
49,6	500,00	15	332	497,14	ok
49,6	1000,00	7	168	982,85	ok
Mess[UV]	Soll[M]	AD1	AD2	Mw[M]	Ergebnis
97,8	0,10	3684	4095	0,10	ok
97,8	0,75	2313	4095	0,76	ok
97,9	36,00	437	4095	35,97	ok
97,9	100,00	159	3227	100,13	ok
97,9	500,00	31	657	495,72	ok
97,9	1000,00	14	330	987,98	ok